РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **002/2-251**

Весы лабораторные электронные ATL-220d4-I		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
	25390224	**36268-07**

Назначение: измерение массы

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **I специальный** Диапазон: **220 г.**	к. 146; (10 – 30) °С

Результаты первичной поверки от 18/11/11 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует	КТ I	КТ I

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Весы лабораторные электронные ATL-220d4-I пригодны для использования в лаб 251 при измерении массы с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
112596-12788-241	18/11/11	первичная
138542-939-241	22/07/13	НмПВ 0,01 г, НПВ 220 г, d=0,0001г, от 0,01 до 50 г - Δ=±0,0003 г, св. 50 г до 200 г -Δ=±0,0003 г, св. 200 г до 220 г - Δ=±0,0003 г